



5630865

2



Safetec GmbH

Kurpfalzring 98A

DE-69123 HEIDELBERG

DEUTSCHLAND

Radtrak²® | Langzeitmessung von Radon in der Raumluft

Anleitung

Beginnen Sie damit, unsere Webseite www.saferadon.de aufzurufen. Klicken Sie auf Meine Seiten und geben Sie die Zugangsdaten (Auftragsnummer & Passwort) ein.

Lesen Sie vor Messbeginn die Anleitung genau durch. Geben Sie Messbeginn und -ort in Ihrem Benutzerkonto von „Meine Seiten“ an.

Die Messung beginnt, sobald die Detektoren aus der Verpackung entnommen wurden.

Bitte packen Sie die Detektoren nach gewünschter Messdauer (s.u.) unverpackt in einen Briefumschlag und senden diesen zu Auswertung an die deutsche Vertriebsstelle unseres Partners Radonova:

UNITRONIC, Headquarters
Mündelheimer Weg 9
40472 Düsseldorf

Bitte achten Sie darauf, das passende Porto zu wählen.

Loggen Sie sich nach Messende auf Meine Seiten ein und fügen Sie das Enddatum der Messung hinzu. Erst dann kann mit der Auswertung begonnen werden!

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist (ca. 4 Wochen), erhalten Sie eine Notifikation per Mail und können das Ergebnis, sowie eine Beurteilung und Empfehlung in Ihrem Benutzerkonto einsehen. Bei Unterschreiten des deutschen Referenzwertes, können Sie ein Zertifikat anfordern.

Zugangsdaten

Auftragsnummer:

0101010

Passwort:

XXXXXXXXX

Bitte behandeln Sie Ihre Zugangsdaten vertraulich und geben Sie diese nicht an Dritte weiter

Platzierung der Detektoren

- In meist genutzten Räumen (z.B. Büro, Schlafzimmer)
- Auf jeder Etage mit Wohn-/Arbeitsräumen mindestens einen, besser jedoch zwei Detektor(en)
- Nicht in einem geschlossenen Regal oder Schrank
- Mindestens 25 cm von Decke und Fußboden entfernt.
- Mindestens 1,5 m von Belüftung, Haustür, Fenster, Heizung oder anderer Wärmequelle entfernt.
- Mindestens 0,5 m von der Entlüftung entfernt.

Bitte beachten Sie

- Die Messung sollte über ein Jahr, mindestens aber zwei Monate während der Heizperiode (1. Okt – 30. Apr) durchgeführt werden.
- Gesetzlich verpflichtende Messungen nach §127 Strahlenschutzgesetz müssen mindestens 12 Monate andauern.
- Das Messgerät darf während der Messung nicht umgestellt werden.
- Die Messung sollte innerhalb von 8 Monaten nach Erhalt des Detektors begonnen werden.
- Mit Eingabe der Daten auf Meine Seiten bestätigen Sie, dass Sie die Messung gemäß Anleitung durchgeführt haben.

POSTANSCHRIFT

UNITRONIC, Headquarters
Mündelheimer Weg 9
40472 Düsseldorf

KONTAKTE

info@saferadon.de
<https://www.saferadon.de/>