

Radtrak³® | Langzeitmessung von Radon Arbeitsplatz

Anleitung

Beginnen Sie damit, den Ort der Messung auszuwählen. Beachten Sie hierbei die Kriterien zur Platzierung der Messgeräte (s. u.). Rufen Sie nun über unsere Webseite www.saferadon.de oder direkt über online.saferadon.de das Messportal auf. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Auftragsnummer & Passwort) in Ihr Benutzerkonto ein. Geben Sie Messbeginn und -ort in Ihrem Benutzerkonto an. Platzieren Sie das Messgerät ohne die durchsichtige Folie am ausgewählten Ort. Die Messung beginnt, sobald das Messgerät aus der durchsichtigen Verpackung entnommen wurde. Bitte packen Sie das Messgerät nach gewünschter Messdauer (s.u.) unverpackt in einen Briefumschlag oder Karton und senden diesen zur Auswertung folgende Adresse:

UNITRONIC, Headquarters
Hellersbergstraße 10A
41460 Neuss

Loggen Sie sich nach Messende im Messportal ein und fügen Sie das Enddatum der Messung hinzu. Erst dann kann mit der Auswertung begonnen werden!

Bitte achten Sie darauf, das passende Porto zu wählen.

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist (ca. 2 Wochen), erhalten Sie eine Mail und können das Ergebnis, sowie eine Beurteilung und Empfehlung in Ihrem Benutzerkonto einsehen.

Zugangsdaten

Auftragsnummer:

1234567

Passwort:

Cxxxxxx

Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten an einem sicheren Ort auf.

Wahl der zu messenden Räume

Um die Anforderungen der gesetzlichen Messung zu erfüllen, befolgen Sie bei der Wahl der zu messenden Räume bitte folgendes:

Starter Paket: Bitte entnehmen Sie die ausgewiesenen Aufstellorte aus Ihrem Gebäudeplan.

Webshop: In Keller und Erdgeschoss ist in jedem Raum, in dem sich ein Arbeitsplatz befindet, ein Messgerät aufzustellen. Die Mindestanzahl der Messgeräte beträgt zwei pro Gebäude. Nicht verpflichtend, jedoch sinnvoll ist es, auch Arbeitsplätze auf höheren Stockwerken zu messen. Bei großflächigen Räumen mit mehreren Arbeitsplätzen muss mindestens ein Messgerät pro 200m² platziert werden. Auch für Nicht-Verpflichtete empfehlen wir die Messung nach den gesetzlichen Anforderungen durchzuführen. Mindestens jedoch sollte pro Stockwerk und pro 200m² Fläche ein Messgerät aufgestellt werden.

Platzierung der Detektoren

- Offene Lage, z.B. an einer Lampe hängend, auf einem Tisch oder in einem Regal liegend.
- In einer Höhe zwischen 1 und 2 m über dem Boden.
- Mindestens 0,2 m von der Wand entfernt.
- Mindestens 1,5 m von Belüftungen, Haustüren, Fenster, Heizungen oder anderen Wärmequellen entfernt.
- Mindestens 0,5 m von der Entlüftung entfernt.

Bitte beachten Sie

- Die Dauer einer verpflichtenden Messung nach §127 Strahlenschutzgesetz muss mindestens 12 Monate betragen.
- Nicht verpflichtende Messungen sollten mindestens 3 Monate andauern.
- Das Messgerät darf während der Messung nicht umgestellt werden.
- Die schwarze Hülle ist Teil des Messgerätes und darf nicht geöffnet werden.
- Die Messung sollte innerhalb von 18 Monaten nach Erhalt des Detektors begonnen werden.
- Mit Eingabe der Daten im Messportal bestätigen Sie, dass Sie die Messung gemäß Anleitung durchgeführt haben.

KONTAKTE

info@saferadon.de

<https://www.saferadon.de/>

POSTANSCHRIFT

UNITRONIC, Headquarters

Hellersbergstraße 10A

41460 Neuss

